STOLIK

JOY™

INSTRUKCJA OBSŁUGI

CE

Wytwórca ponosi odpowiedzialność za właściwe funkcjonowanie sprzętu wyłącznie w przypadku jego zakupu u wykwalifikowanego pracownika firmy **Akces-MED Sp. z o.o**. lub w wyspecjalizowanym sklepie medycznym.

Akces-MED Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i handlowych w treści instrukcji bez wcześniejszego uprzedzenia.

MD

Wyrób Medyczny klasy I zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017r. w sprawie wyrobów medycznych. Na wyrób producent wystawił stosowną deklarację zgodności.

CERTYFIKACJA SYSTEMU JAKOŚCI
DNV·GL
ISO 13485

Firma **Akces-MED Sp. z o.o**. wdrożyła system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 13485 w zakresie projektowania całości produkcji, sprzedaży i serwisu. System certyfikowany przez Det Norske Veritas.



SPIS TREŚCI

1. Przeznaczenie instrukcji 5
2. Wskazania do stosowania wyrobu 5
3. Ogólna budowa stolika 6
3.1 Wyposażenie standardowe 6
3.2 Warianty 6
3.3 Akcesoria 6
4. Tabela rozmiarowa 7
5. Opis obsługi stolika 8
5.1 Wykaz elementów 9
5.2 Montaż stolika 11
5.3 Stolik z blatem bez regulacji 13
5.4 Stolik z blatem z regulacją 14
5.5 Regulacja wysokości stolika 15
5.6 Regulacja kąta pochylenia blatu stolika 15
6. Montaż akcesoriów 16
6.1 Montaż zestawu regulacji blatu 16
7. Zasady bezpieczeństwa 18
8. Warunki gwarancji 19
9. Oznakowanie 20
9.1 Symbole 20
9.2 Przykładowa tabliczka znamionowa 20

WSTĘP

Stolik **JOY™** stanowi wyjątkową kombinację ergonomii, trwałości oraz stabilności i bezpieczeństwa. Stolik występuje w jednym uniwersalnym rozmiarze. **JOY™** może być z powodzeniem używany z innymi krzesłami, fotelikami szkolnymi czy krzesłami biurowymi. Podjazd wózkiem inwalidzkim czy korzystanie ze stolika podczas siedzenia na łóżku także nie stanowi problemu, a wszystko to za sprawą regulowanej wysokości.

Szeroki blat stolika daje mnóstwo możliwości i znakomicie sprawdza się w codziennym funkcjonowaniu, zarówno w trakcie prowadzenia specjalistycznej rehabilitacji jak i w zwykłych czynnościach codziennych. Zapewnia sporo miejsca do zabawy, nauki, może być również pomocny przy spożywaniu posiłków czy podczas korzystania z komputera. Dzięki regulowanej wysokości, stolik można dopasować do niemal każdego krzesła czy siedziska. Stolik jest bardzo stabilny dzięki mocnej konstrukcji. Powierzchnia blatu jest gładka i łatwa do utrzymania w czystości.

Stolik **JOY™** występuje w **4** wariantach:

JOY™ 1 - Blat z wycięciem
JOY™ 2 - Blat bez wycięcia
JOY™ 3 - Pochylony blat z wycięciem
JOY™ 4 - Pochylony blat bez wycięcia

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji. Znajdziecie w niej Państwo informacje o naszym produkcie oraz dowiecie się jak bezpiecznie i efektywnie z niego korzystać.

W przypadku jakichkolwiek pytań i uwag, prosimy o kontakt:
Konsultant medyczny: *tel. kom. +48 516 183 883*
Akces-MED Sp. z o.o.: *tel. +48 17 864 04 70*
e-mail: *produkcja@akces-med.com*

Dziękujemy za zakup produktu naszej firmy!

Przed przystąpieniem do użytkowania wyrobu, użytkownik jest zobowiązany do zaznajomienia się z niniejszą instrukcją obsługi.
Prosimy pamiętać, że stosowanie się do wskazówek zawartych w tej instrukcji pozwoli na bezpieczne i prawidłowe korzystanie z wyrobu, a także przedłuży jego trwałość oraz estetykę.

1. PRZEZNACZENIE INSTRUKCJI

Niniejsza instrukcja zawiera podstawowe informacje niezbędne do prawidłowego:

- przygotowania stolika przed użytkowaniem,
- użytkowania stolika,
- sposobu konserwacji i czyszczenia.

Instrukcję należy przechowywać w łatwo dostępnym miejscu. Jest ona przeznaczona dla osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi oraz dla lekarzy i fizjoterapeutów obsługujących stolik.

Przed przystąpieniem do użytkowania stolika **JOY™**, użytkownik (lub opiekun) jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszej instrukcji oraz do przestrzegania zapisów w niej zawartych.

2. WSKAZANIA DO STOSOWANIA WYROBU

Wyrób zalecany jest w trakcie m.in.:

- Diagnozowania użytkownika - dzięki możliwości dopasowania stolika do indywidualnych potrzeb użytkownika, możliwa jest analiza jego zachowań i odruchów w trakcie siedzenia w łóżku, foteliku, krześle czy też wózku inwalidzkim. Ułatwia to postawienie diagnozy i wyboru właściwego sposobu terapii.
- Monitorowania terapii w procesie leczenia - codzienne korzystanie ze stolika umożliwia śledzenia zachowań podopiecznego w czasie prowadzonego procesu rehabilitacji w jednakowych warunkach. Pozwala to na dobór właściwych i celowanych metod, aby uzyskiwać możliwie najlepsze efekty prowadzonej terapii.
- Łagodzenia lub kompensowania skutków urazu lub upośledzenia - możliwość wykorzystania stolika na różne sposoby w wielu sytuacjach podczas codziennej terapii, zabawy i pracy prowadzi do poprawy jakości życia codziennego. Spożywanie posiłków czy też wykonywanie prostych czynności manualnych z wykorzystaniem stolika staje się dużo łatwiejsze. Duża powierzchnia blatu sprawia, że wiele przydatnych na co dzień przedmiotów można teraz umieścić w zasięgu ręki użytkownika.

3. OGÓLNA BUDOWA STOLIKA

3.1 WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

1. Blat
2. Skręcany stelaż z możliwością zmiany wysokości



3.2 WARIANTY



JOY™ 1 BLAT Z WYCIĘCIEM



JOY™ 2 BLAT BEZ WYCIĘCIA



JOY™ 3 POCHYLONY BLAT Z WYCIĘCIEM



JOY™ 4 POCHYLONY BLAT BEZ WYCIĘCIA

3.3 AKCESORIA

ZESTAW FUNKCJI REGULACJI BLATU

4. TABELA ROZMIAROWA



Symbol	Pomiar	Jednostka	Wymiar			
			JOY™ 1	JOY™ 2	JOY™ 3	JOY™ 4
A	szerokość blatu	[cm]	90	90	90	90
B	głębokość blatu	[cm]	60	60	60	60
C	wysokość blatu	[cm]	45 - 73	45 - 73	45 - 73	45 - 73
D	szerokość wycięcia	[cm]	40	nie dotyczy	40	nie dotyczy
E	głębokość wycięcia	[cm]	20	nie dotyczy	20	nie dotyczy
	waga	[kg]	12,5	13,5	13,5	14,5
	maksymalne obciążenie	[kg]	50	50	30	30
	kąt pochylenia blatu	[°]	nie dotyczy	nie dotyczy	0 - 30	0 - 30

UWAGA: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.

5. OPIS OBSŁUGI STOLIKA

LEGENDA

Ikonka informacyjna - pojawia się w instrukcji w momencie, kiedy należy zapoznać się z dodatkowymi informacjami.

Ikonka informacyjna - pojawia się w instrukcji w momencie, kiedy do montażu konieczne jest użycie narzędzi wskazanych w opisie.

Ikonka ostrzegawcza - pojawia się w instrukcji w momencie, kiedy należy zastosować szczególne środki ostrożności.

5.1 WYKAZ ELEMENTÓW

STELAŻ



1 - Rama boczna lewa
2 - Rama boczna prawa
3 - Rama górna
4 - Blacha usztywniająca lewa
5 - Blacha usztywniająca prawa
6 - Noga

BLAT



1 - Blat z wycięciem (dla wariantu JOY™ 1, JOY™ 3)
2 - Blat prosty (dla wariantu JOY™ 2, JOY™ 4)

ELEMENTY MONTAŻOWE STOLIKA Z BLATEM BEZ REGULACJI



10 - Blacha zawiasu
11 - Blacha stała
12 - Śruba imbusowa z kołnierzem M6x60
13 - Śruba imbusowa z kołnierzem M6x40
14 - Śruba imbusowa z kołnierzem M6x30
15 - Śruba imbusowa z kołnierzem M6x12
16 - Nakrętka z kołnierzem M6
17 - Nakrętka samohamowna M6
18 - Podkładka 6.4
19 - Podkładka poliamidowa poszerzona 6.4
20 - Kapturek ochronny nakrętki M6

ELEMENTY MONTAŻOWE STOLIKA Z BLATEM REGULOWANYM



10 - Blacha zawiasu
12 - Śruba imbusowa z kołnierzem M6x60
13 - Śruba imbusowa z kołnierzem M6x40
15 - Śruba imbusowa z kołnierzem M6x12
16- Nakrętka z kołnierzem M6
17 - Nakrętka samohamowna M6
18 - Podkładka 6.4
19 - Podkładka poliamidowa poszerzona 6.4
20 - Kapturek ochronny nakrętki M6
21 - Śruba imbusowa stożkowa M6x30
22 - Regulacja blatu

5.2 MONTAŻ STOLIKA

klucz imbusowy 4
klucz płaski 10



1



2



3



4

5.3 STOLIK Z BLATEM BEZ REGULACJI





5

klucz imbusowy 4
klucz płaski 10







6

5.4 STOLIK Z BLATEM Z REGULACJĄ





7







klucz imbusowy 4
klucz płaski 10

8

5.5 REGULACJA WYSOKOŚCI STOLIKA



9

klucz imbusowy 4

Poluzować śruby znajdujące się w nogach stolika.
Wcisnąć przycisk i przesunąć nogę stolika na wybraną wysokość.
Dokręcić śruby.

Przed przystąpieniem do użytkowania stolika upewnić się, że nogi stolika są na tej samej wysokości, a śruby mocno dokręcone.

5.6 REGULACJA KĄTA POCHYLENIA BLATU STOLIKA



10

Poluzować uchwyty regulacji blatu na bocznych stronach stolika.
Ustawić żądany kąt blatu.
Dokręcić uchwyty.





11

6. MONTAŻ AKCESORIÓW

6.1 MONTAŻ ZESTAWU REGULACJI BLATU





15 - Śruba imbusowa z kołnierzem M6x12
16 - Nakrętka z kołnierzem M6
21 - Śruba imbusowa stożkowa M6x30
22 - Regulacja blatu

Zdemontować blachy funkcji stałej stolika.

klucz imbusowy 4
klucz płaski 10



12



13



14

7. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Stolik **JOY™** należy użytkować zgodnie z zaleceniami niniejszej instrukcji.
Przed każdym użyciem należy przygotować podopiecznego i urządzenie.

1. Przed każdorazowym użyciem stolika należy sprawdzić urządzenie pod kątem widocznych uszkodzeń lub innych wad, mogących zagrażać użytkownikowi podczas eksploatacji stolika.
2. Należy upewnić się, czy wszystkie części są sprawne i należycie zamontowane, a urządzenie nie wykazuje śladów pęknięć i deformacji.
3. Zabrania się użytkowania stolika, jeżeli jest on uszkodzony lub brakuje jakiejkolwiek jego części.
4. Przed każdorazowym użyciem należy upewnić się, czy ruchome części oraz pokrętła regulacji kąta pochylenia stolika są stabilne i zablokowane.
5. Zabrania się użytkowania stolika w sposób, do którego nie jest on przeznaczony.

6. Podczas korzystania ze stolika oraz dodatkowego wyposażenia np. fotelika, zabrania się pozostawiania użytkownika bez opieki i nadzoru osoby dorosłej.
7. Blat stolika należy czyścić za pomocą miękkiej szmatki oraz ogólnodostępnego, łagodnego środka czyszczącego.
8. Możliwa jest dezynfekcja blatu oraz metalowych elementów wyrobu za pomocą ogólnodostępnego środka do dezynfekcji na bazie alkoholu w wysokim stężeniu. Wybierając alkoholowy środek do dezynfekcji należy sprawdzić na niewielkiej, niewidocznej powierzchni, czy środek nie odbarwi lub nie uszkodzi dezynfekowanej powierzchni.
9. Podczas regulacji pochylenia blatu należy zwrócić szczególną uwagę, aby kończyny lub inne części ciała użytkownika nie dostały się pomiędzy blat stolika, a stelaż.
10. Nie należy przekraczać dopuszczalnego obciążenia stolika.

Produkt zawiera małe części, które mogą stanowić niebezpieczeństwo w przypadku połknięcia ich przez dziecko.

Zabrania się dokonywania jakichkolwiek zmian w konstrukcji stolika. Stanowi to niebezpieczeństwo dla użytkownika oraz stanowi podstawę do utraty gwarancji.

Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.

Wytwórca odpowiada tylko za wady ukryte lub uszkodzenia techniczne powstałe podczas prawidłowego korzystania z wyrobu.

Tylko w przypadku ścisłego stosowania się do tych zaleceń odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie wyrobu spoczywa na producencie.

Nieprawidłowa konfiguracja urządzenia może doprowadzić do skutków ubocznych.

Poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.

PRZEGLĄD TECHNICZNY

Przeglądy techniczne należy wykonywać regularnie. Przed podjęciem czynności serwisowych należy dokładnie wyczyścić wyrób, aby ujawnić ewentualne ukryte uszkodzenia.

Częstotliwość	Co należy skontrolować?	Czynności	Uwagi
Przed każdym użyciem.	Stan ogólny wyrobu.	**Sprawdzić:** • cały wyrób pod kątem widocznych wszelkich uszkodzeń, pęknięć oraz wad mechanicznych, • czy wyrób jest kompletny, • czy wszystkie śruby, wkręty, pokrętła, nakrętki i inne elementy konstrukcji wyrobu są kompletne i dokręcone.	W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub braków należy zaprzestać użytkowania wyrobu i skontaktować się ze Sprzedawcą/Dystrybutorem, u którego zakupiono wyrób lub z Wytwórcą.
	Mocowania elementów konstrukcyjnych.	**Skontrolować wszystkie mechanizmy stolika i jego elementy ruchome, w szczególności sprawdzić:** • poprawność montażu elementów konstrukcyjnych (jeśli dotyczy), • poprawność montażu i działania elementów zabezpieczających użytkownika (jeśli dotyczy), • czy wszystkie części ruchome są kompletne, czy poruszają się w pełnym zakresie, nie zacinają się, • poprawność działania mechanizmów regulacji (jeśli dotyczy).	W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub braków należy zaprzestać użytkowania wyrobu i skontaktować się ze Sprzedawcą/Dystrybutorem, u którego zakupiono wyrób lub z Wytwórcą.
Raz na tydzień.	Czyszczenie wyrobu.	Przetrzeć konstrukcję wyrobu z zabrudzeń wynikających z codziennego użytkowania (z kurzu lub innych) za pomocą wilgotnej ściereczki z dodatkiem łagodnego, ogólnie dostępnego środka czyszczącego . Usunąć zanieczyszczenia z ruchomych elementów wyrobu.	Wyrób należy czyścić każdorazowo, gdy zajdzie taka potrzeba, jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu. Nie używać żadnych środków czyszczących na bazie chloru lub spirytusu metylowego. Przed rozpoczęciem korzystania z wyrobu tapicerka musi być sucha.
Raz w miesiącu.	Połączenia konstrukcji wyrobu (spawane, gwintowane, lutowane).	**Sprawdzić:** • stan konstrukcji wyrobu w miejscach łączenia (spawy, gwinty, lutowania).	W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub braków należy zaprzestać użytkowania wyrobu i skontaktować się ze Sprzedawcą/Dystrybutorem, u którego zakupiono wyrób lub z Wytwórcą.
Raz na 6 miesięcy.	Ruchome elementy konstrukcji.	**Sprawdzić:** • ruchome elementy konstrukcji pod kątem ewentualnych uszkodzeń oraz konserwować je przy użyciu dedykowanego środka.	W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub braków należy zaprzestać użytkowania wyrobu i skontaktować się ze Sprzedawcą/Dystrybutorem, u którego zakupiono wyrób lub z Wytwórcą.
	Oznakowanie wyrobu.	**Sprawdzić:** • oznaczenia i etykietę wyrobu pod kątem ich czytelności.	W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub braków należy zaprzestać użytkowania wyrobu i skontaktować się ze Sprzedawcą/Dystrybutorem, u którego zakupiono wyrób lub z Wytwórcą.
Po zakończeniu czasu użytkowania wyrobu.	Szczegółowy przegląd wyrobu.	Przegląd wyrobu.	Wytwórca określa czas użytkowania wyrobu, który jest podany w instrukcji obsługi. Po tym okresie użytkownik może użytkować wyrób tylko pod warunkiem odesłania go do producenta w celu dokonania przeglądu. Po dokonaniu przeglądu producent ponownie określi czas użytkowania stolika oraz datę kolejnego przeglądu. W przypadku pytań należy skontaktować się ze Sprzedawcą/Dystrybutorem, u którego zakupiono wyrób lub z Wytwórcą.

8. WARUNKI GWARANCJI

- **Akces-MED Sp. z o.o.** sprzedaje wyroby sprawne technicznie, wolne od wad konstrukcyjnych, montażowych, materiałowych itp.
- Stolik **JOY™** jest objęty **24-miesięczną** gwarancją licząc od dnia zakupu sprzętu przez użytkownika. W tym okresie producent gwarantuje naprawy w ramach bezpłatnego serwisu, zgodnie z kartą gwarancyjną.
- Uszkodzenia powstałe po okresie **24 miesięcy** mogą zostać usunięte na koszt użytkownika.
- Producent określa czas użytkowania wyrobu na **48 miesięcy.** Po tym okresie użytkownik może użytkować sprzęt tylko pod warunkiem odesłania go do Producenta w celu dokonania przeglądu. Po dokonaniu przeglądu Producent ponownie określi czas użytkowania wyrobu oraz datę kolejnego przeglądu.
- W razie uszkodzenia stolika należy skontaktować si z dealerem, u którego zakupiono produkt lub z Działem Obsługi Klienta firmy:
  Akces-MED Sp. z o.o. (tel. +48 17 864 04 73).

9. OZNAKOWANIE

9.1 SYMBOLE

Poświadczenie oceny zgodności wyrobu z wymaganiami zasadniczymi przepisów UE

REF — Numer katalogowy

SN — Numer seryjny

Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi

Uwaga!

Wytwórca

Data produkcji

LATEX — Wyrób nie zawiera lateksu

Przechowywać w suchym miejscu

Ostrożnie, delikatna zawartość

Chronić przed promieniami słonecznymi

5°C 35°C — Ograniczenie temperatury przechowywania

45% 70% — Wilgotność względna przechowywania

Wyrób przeznaczony do użytkowania wewnątrz pomieszczeń

Zakaz pozostawiania użytkownika bez opieki w trakcie użytkowania wyrobu

Należy zapoznać się z dodatkowymi informacjami

Do montażu konieczne jest użycie narzędzi wskazanych w opisie

9.2 PRZYKŁADOWA TABLICZKA ZNAMIONOWA



WYTWÓRCA WYROBÓW MEDYCZNYCH

Akces-MED Sp. z o.o.

Jasionka 955B
36-002 Jasionka
tel. +48 17 864 04 70
e-mail: produkcja@akces-med.com
BDO: 000031619

Autoryzowany Przedstawiciel

akces-med.com

Data wydania: 14.09.2018
Data ostatniej aktualizacji: 24.05.2021
©Sławomir Wroński 2021